

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: *Mua sắm phụ kiện van an toàn, đồng hồ áp lực nồi hơi thay thế cho máy hấp tiệt trùng năm 2025 của Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên*, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Trần Đình Công, Tổ Vật tư – Thiết bị y tế, Số điện thoại : 038.711.7687

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng 503, Tổ Vật tư – Thiết bị y tế, Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên, Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội.

(Hồ sơ gồm các bản gốc, có đóng dấu theo đúng quy định: Báo giá (01 bản); Hồ sơ năng lực hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh có mô tả lĩnh vực hoạt động (01 bản); Hợp đồng tương tự đã thực hiện trong vòng 12 tháng - nếu có)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 05 tháng 06 năm 2025 đến trước 17h 00 ngày 16 tháng 06 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 16 tháng 06 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục trang thiết bị y tế:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Van an toàn nồi hơi máy hấp tiệt trùng	- Sử dụng cho nồi hơi máy hấp tiệt trùng hãng STERIS/MEXICO. - Kết nối ren: DN15 - Áp suất làm việc tối đa: 10 bar - Vật liệu: đồng	02	Cái



2	Đồng hồ áp suất nồi hơi máy hấp tiệt trùng	- Sử dụng cho nồi hơi máy hấp tiệt trùng hãng STERIS/MEXICO. - Kết nối ren: 1/4" - Vật liệu vỏ: Inox 304 - Thang đo: Bar + Psi - Dải đo: 0 – 10 bar	01	Cái
3	Đồng hồ áp suất chamber máy hấp tiệt trùng	- Sử dụng cho chamber máy hấp tiệt trùng hãng STERIS/MEXICO. - Kết nối ren: 1/4" - Vật liệu vỏ: Inox 304 - Thang đo: Bar + Psi - Dải đo: -1 – 6 bar	01	Cái

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày hai bên ký bàn giao nghiệm thu hàng hoá đưa vào sử dụng kèm đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định.

Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên xin trân trọng cảm ơn! 

Phú Xuyên, Ngày 04 tháng 06 năm 2025



Vũ Đức Tuấn

